




附件2

采购项目单一来源
采购专家论证意见表

时间：2026年5月25日

所属具体情形	《中华人民共和国政府采购法》中第三十一条第（一）项的情形
采购单位	沈阳市工会事务与职工服务中心（沈阳市职工疗养院）
项目名称	沈阳市职工疗养院体检试剂
项目金额	477999.32元
专家1论证意见	该项目符合申请单一来源采购标准 专家姓名：刘利国 工作单位：辽宁省食品检验检测院（辽宁省药物研究院） 职称：主任药师
专家2论证意见	该项目符合申请单一来源采购标准 专家姓名：方弘 工作单位：沈阳医院附属中心医院 职称：副主任技师
专家3论证意见	该项目符合申请单一来源采购标准 专家姓名：李雨 工作单位：辽宁省卫生健康服务中心 职称：主任医师
综合论证意见	<p>深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司生产的全自动血液细胞分析仪BC-5380、全自动生化分析仪BS-830,全自动尿液分析流水线EU8000(全自动干化学尿液分析仪UA-5800+尿液有形成分分析仪EH-2080B)，装机于沈阳市工会事务与职工服务中心，仪器配置均为封闭标配机型，必须使用该仪器的原厂配套试剂耗材产品，仪器才能正常运转，才能正常出化验结果。辽宁兴悦医疗设备有限公司为深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司在辽宁省地区的独家代理商负责配套试剂的销售工作。经专家论证，本项目符合《中华人民共和国政府采购法》中第三十一条采用单一来源方式采购的第一种情形“只能从唯一供应商处采购的”之规定。可以采用单一来源采购方式进行采购。</p> <p>专家组签字：  </p>
	论证日期：2026年5月25日

附件

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: <u>丁磊</u>	
	职称: <u>教授的高级工程师</u>	
	工作单位: <u>沈阳医学院附属中心医院</u>	
项目信息	项目名称: <u>沈阳市职工疗养院体检试剂</u>	
	供应商名称: <u>辽宁兴悦医疗设备有限公司</u>	
专业人员论证意见	<p>(专业人员论证意见应当完整、清晰和明确的表达从唯一供应商处采购的理由)</p> <p>本次采购的体检试剂为MMP90市 即, 2疗养院现有检验设备的配套试剂 因现有设备必须使用原厂配套试剂, 因 此只能由原厂授权供应商销售, 符合 《辽宁省单一来源采购管理办法》中 “基于技术、工艺或相关部门控制规定 等原因, 只能由特定供应商制造或提供, 且 不存在其他合理选择或替代情况”的情 形, 符合单一来源采购条件。</p>	
专业人员签字	<u>丁磊</u>	日期 <u>2026年5月25日</u>

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

附件

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 刘仁国	
	职称: 主任药师	
	工作单位: 辽宁省食品检验检测院	
项目信息	项目名称: 沈阳市职工疗养院体检试剂	
	供应商名称: 辽宁兴悦医疗设备有限公司	
专业人员论证意见	<p>(专业人员论证意见应当完整、清晰和明确的表达从唯一供应商处采购的理由)</p> <p>该项目符合单一来源符合标准。 所采试剂应符合锦州迈瑞生物医学电子股份有限公司生产的封闭式配机型, 必须使用原厂配套试剂、校准品、质控品和耗材, 非原厂试剂不能配套使用。 建议采用单一来源试剂采购。</p>	
专业人员签字	刘仁国	日期 2016年 5月 25日

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

附件

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 李西	
	职称: 主任医师	
	工作单位: 辽宁省健康服务中心	
项目信息	项目名称: 沈阳市职工疗养院体检试剂	
	供应商名称: 辽宁兴悦医疗设备有限公司	
专业人员论证意见	<p>(专业人员论证意见应当完整、清晰和明确的表达从唯一供应商处采购的理由)</p> <p>该项目符合单一来源采购标准,故采取单一来源采购方式进行采购。</p>	
专业人员签字	李西	日期 2026年5月21日

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。